

			GAMMA SERVIZI				
	Criterio	peso	Giudizio	Colamartini	Di Iorio	Casanova	Totale
Chiarezza e completezza della documentazione tecnica presentata con particolare attenzione alla descrizione delle peculiarità funzionali degli elementi offerti. Con questo criterio si valuta la completezza e chiarezza dei documenti presentati e delle informazioni in essi contenute, con particolare attenzione alla leggibilità delle specifiche di ciascun prodotto e servizio offerto.	1	3	La documentazione tecnica presentata risulta chiara e completa; in particolar modo gli argomenti tecnici sono stati organizzati in tre sezioni che fanno riferimento al capitolato tecnico.	0,85	0,85	0,85	0,85
Qualità tecnica della fornitura proposta. Con questo criterio si valuta la qualità tecnica della fornitura proposta (comprensiva di accessori) in relazione agli aspetti della fornitura per i quali la stazione appaltante non ha definito criteri vincolanti.	2	25	La qualità della fornitura proposta risulta adeguata alle esigenze della stazione appaltante	0,60	0,60	0,60	0,60
Usabilità e funzionalità del sistema proposto e relativi accessori. Con questo criterio si valutano gli aspetti legati alla usabilità della fornitura proposta.	3	25	Il sistema proposto presenta un buon grado di usabilità e funzionalità. Nello specifico si sono apprezzati i seguenti aspetti: efficiente delivery del radioisotopo in arrivo; test di integrità del filtro sterilizzante incluso nel processo ed inserito nel report finale; lavaggio della cassetta per ridurre l'attività residua	0,85	0,85	0,85	0,85
Aspetti migliorativi proposti rispetto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato. Con questo criterio si valutano gli eventuali aspetti migliorativi proposti, rispetto ai requisiti di minima richiesti nelle condizioni particolari di fornitura. Saranno valutati, tra gli altri, i seguenti aspetti specifici: - comfort di utilizzo e alloggiamento del sistema all'interno della cella schermata; - facilità di integrazione di elementi quali HPLC e UV per l'upgrade del sistema; - sistema di tracciabilità proposto; - supporto per lo sviluppo di nuovi processi di sintesi.	4	5	Il sistema proposto implementa i seguenti aspetti migliorativi: - facilità di integrazione di elementi quali HPLC e UV per l'upgrade del sistema; - sistema di tracciabilità proposto; - supporto per lo sviluppo di nuovi processi di sintesi.	0,70	0,70	0,70	0,70
Assistenza tecnica e manutenzione. Con questo criterio si valuta la modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione proposta dall'operatore economico.	5	4	Le modalità di esecuzione dei servizi in oggetto sono conformi a quanto richiesto dalla stazione appaltante. Si apprezza la prosta di disponibilità di apparecchiatura di backup e l'esecuzione, durante le MP, di procedure backup di sicurezza dei dati	0,85	0,85	0,85	0,85
Servizi migliorativi. Con questo criterio si valuta la proposta di eventuali servizi migliorativi offerti dall'operatore economico.	6	4	L'operatore economico propone un apprezzabile programma formativo e la disponibilità pre-installazione necessaria eventulamente coprire le specifiche esigenze della stazione appaltante	0,85	0,85	0,85	0,85
Competenze professionali delle figure professionali coinvolte nella fornitura. Con questo criterio si valutano le competenze tecniche e le referenze su forniture analoghe delle figure professionali coinvolte dall'operatore economico nella realizzazione dei vari servizi previsti della fornitura.	7	4	L'operatore economico propone personale specificatamente dedicato al sistema proposto.	0,70	0,70	0,70	0,70
70			51,9				

GAMMA SERVIZI		
Totale	Riparametrizzato	Totale Rip.
Criterio 1	0,85	1,00
Criterio 2	0,60	1,00
Criterio 3	0,85	1,00
Criterio 4	0,70	1,00
Criterio 5	0,85	1,00
Criterio 6	0,85	1,00
Criterio 7	0,70	1,00
		0,00
		70,00