

<p><b>Domanda 1</b></p> <p>Viene da Voi indicato “l’incubatore a CO2 è necessario per il mantenimento delle condizioni ambientali ottimali per le colture, mantenendo stabili alcuni parametri quali la temperatura, l’umidità e la tensione dei gas (anidride carbonica e ossigeno)”. Si chiede di specificare se l’incubatore debba essere fornito corredato di controllo dell’ossigeno. Tale caratteristica deve essere necessariamente prevista in fase di ordine e non può essere installato a posteriori.</p>	<p><b>Risposta 1</b></p> <p>Si specifica che l’incubatore non deve essere corredato dal sistema di controllo dell’ossigeno.</p>
<p><b>Domanda 2</b></p> <p>Viene da Voi indicato "ventilazione regolabile elettronicamente". Si chiede di specificare che trattasi di refuso, in quanto negli incubatori a CO2 per poter avere un’uniformità dei parametri importanti per la crescita cellulare (temperatura, umidità, % di CO2 e di O2 se presente il controllo della percentuale di ossigeno), la ventilazione interna all’incubatore deve essere mantenuta sempre omogenea. La ventilazione viene interrotta solo nel momento dell’apertura della porta dell’incubatore a CO2, per essere poi ripristinata alla chiusura della porta. Si chiede di specificare se per “ventilazione regolabile elettronicamente” possa essere accettata quella appena descritta.</p>	<p><b>Risposta 2</b></p> <p>La stazione appaltante è disponibile ad accettare anche un incubatore che consenta di mantenere omogenea la ventilazione al suo interno così come descritto nel quesito formulato.</p>
<p><b>Domanda 3</b></p> <p>Viene da Voi indicato “sistema di decontaminazione automatica (preferibile non vincolante)". Gli incubatori a CO2 con ciclo di decontaminazione e senza ciclo di decontaminazione differiscono sia nelle caratteristiche tecniche che nel valore economico. Visto che trattasi di indagine di mercato che prevede un importo complessivo a base d’asta di 9.000 € e che la stessa non prevede valutazione</p>	<p><b>Risposta 3</b></p> <p>Si ribadisce che la caratteristica tecnica in argomento riveste carattere di preferibilità; risulta quindi essere una caratteristica qualitativa non vincolante al fine della formulazione della offerta. A tal proposito si coglie l’occasione per rettificare i criteri di scelta della migliore offerta in quanto oggetto di un mero refuso. La scelta della migliore offerta avverrà a seguito di una negoziazione sulla base dei seguenti</p>

<p>tecnica con griglia di punteggio, si chiede di voler indicare chiaramente se l'incubatore dovrà essere con o senza ciclo di sterilizzazione, in modo da poter fare una corretta valutazione di carattere tecnico e soprattutto economico.</p>	<p>criteri negoziali posti in ordine decrescente di importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>qualità della della fornitura proposta rispetto alle esigenze dell'amministrazione identificate nel capitolato tecnico (caratteristiche generali, tecnologiche e funzionali);</u></li> <li>-eventuali migliorie proposte dall'operatore economico relative alle sole caratteristiche dei prodotti o dei servizi previsti dalla stazione appaltante;</li> <li>- economicità della fornitura offerta.</li> </ul>
<p><b>Domanda 4</b></p> <p>Viene da Voi indicato "timer programmabile (preferibile non vincolante)". Si chiede di specificare che trattasi di refuso in quanto tale caratteristica non risulta applicabile agli incubatori a CO2.</p>	<p><b>Risposta 4</b></p> <p>La caratteristica indicata riveste carattere di preferibilità. Se tale caratteristica risulta realmente inapplicabile al prodotto richiesto, nessun operatore economico sarà in grado di proporla, senza che questo diventi ostativo al fine della presentazione dell'offerta.</p>
<p><b>Domanda 5</b></p> <p>Si chiede di specificare che nella presente procedura compresa nella base d'asta debba essere prevista una garanzia di almeno 12 mesi, comprensiva di manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettriche al collaudo, verifiche di sicurezza elettrica durante l'anno di garanzia e taratura.</p>	<p><b>Risposta 5</b></p> <p>Si specifica che la fornitura deve includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garanzia di almeno 12 mesi per tutti i prodotti offerti;</li> <li>- assistenza tecnica e manutenzione preventiva durante il periodo di garanzia (almeno 12 mesi) da svolgere in accordo con quanto indicato nel capitolato.</li> <li>- taratura del sistema proposto sia in fase di collaudo che in occasione della manutenzione preventiva.</li> </ul> <p>Si specifica inoltre che le verifiche di sicurezza elettrica al collaudo e durante la manutenzione preventiva sono opzionali e quindi da considerarsi come un eventuale servizio migliorativo proposto dall'operatore economico.</p>