



Servizio Tecnico

Meldola, 02.07.2020

Prot. 5284

fornitura di attrezzatura da laboratorio di vario genere da utilizzarsi presso i locali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Dell'Emilia Romagna: **LOTTO 1 - fornitura di N.1 sistema di eutanasia con CO2.**

RISPOSTE AI QUESITI

N°	QUESITO	RISPOSTA
Q1	Noi abbiamo un sistema che rispetta dal punto di vista tecnico e scientifico quanto state chiedendo. A livello normativo però non è un ELETTROMEDICALE, ma un apparecchio (di origine USA con marchio CE, ma si tratta solo di un semplice alimentatore tipo stampante e la centralina è in bassa tensione) per uso sperimentale di RICERCA su RODITORI e quindi non può tutto quanto richiesto .	il sistema richiesto non deve essere un elettromedicale. Il riferimento alla norma CEI 62353 riguarda i servizi di assistenza, manutenzione e collaudo di accettazione che invece devono rispettare, in quanto standard di istituto, le prescrizioni previste dalla predetta norma.

Il RUP

Dott. Americo Colamartini