



Prot.n. 5584/2020

Meldola, 13/07/2020

Oggetto: richiesta di chiarimenti in merito alla richiesta di preventivo prot. 5364/2020 per la fornitura di n. 2 cappe a flusso laminare LOTTO 3 CIG: ZF82BE8E6B.

<p>Q1: Buongiorno, con riferimento al Vostro invito prot. 5364/2020 per la fornitura di cui all'oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: "E' richiesto un contatto ausiliario per attivazione cappa per il comando di ventilazione ambiente; si chiede di specificare se si fa riferimento alla ventilazione del laboratorio in cui sarà posizionata la cappa o se si fa riferimento ai 2 motoventilatori interni per la gestione del flusso laminare all'interno della cabina"</p>	<p>R1: Si fa riferimento alla ventilazione tecnica del locale che dovrà essere regolata automaticamente durante il funzionamento delle cappe.</p>
<p>Q2: "E' richiesto un contatto per remotizzazione allarmi. Si chiede di specificare che tipo di contatto".</p>	<p>R2: E' richiesto in contatto elettrico che consenta di remotizzare i principali allarmi della cappe.</p>
<p>Q3: "a che piano verranno posizionate le cappe? Ci sono montacarichi?"</p>	<p>R3.: Le cappe saranno posizionate al piano stradale.</p>

F.to Il RUP

Americo Colamartini