

Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
 Acquisizione Beni e Servizi

Prot. 9406 /2020

Meldola, 11/12/2020


Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120 del 11/09/2020 tramite l'utilizzo del sistema MePA Consip con richiesta di offerta (RDO) per la fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di nr. 1 autoclave orizzontale automatica "passante" o "a doppia porta" per sterilizzazione di gabbie.

Cig master: 8533223E5F

RDO n: 2704395

RISPOSTE AI QUESITI

N°	QUESITO	RISPOSTA
Q1	<p>Si chiede di specificare il piano in cui verrà installata l'autoclave ed eventuali barriere architettoniche e se è presente un montacarichi idoneo a portare al piano la macchina.</p> <p>Si chiede di specificare la classificazione dei laboratori 1 e 2 dove verrà installata l'autoclave.</p> <p>Si chiede di indicare, al fine di poter fornire la giusta quantità di acqua, quanti cicli di sterilizzazione sono previsti al giorno.</p>	<p>L'autoclave sarà installata al piano stradale. Non sono presenti barriere architettoniche.</p> <p>La destinazione d'uso dei locali e la rispettiva autorizzazione sarà per stabulario di sperimentazione animale.</p> <p>Al momento non è possibile prevedere il numero di cicli previsti giornalieri, si richiede la fornitura dell'autoclave provvista di un serbatoio contenente un quantitativo di acqua in grado di soddisfare il funzionamento a massimo regime.</p>
Q2	<p>Si chiede di specificare se le bottiglie da sterilizzare sono ermeticamente chiuse.</p> <p>Si chiede di specificare se c'è la presenza di acqua di rete o di falda...</p>	<p>Le bottiglie presentano una guarnizione in silicone, il tappo in acciaio con un forellino che permette l'abbeveraggio degli animali, le bottiglie non sono ermeticamente chiuse.</p> <p>E' presente acqua di rete.</p>



Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

N°	QUESITO	RISPOSTA
Q3	<p>Si chiede la possibilità di effettuare un eventuale sopralluogo per poter visionare le utenze di alimentazione e scarico.</p> <p>Visionando il vostro layout si chiede se c'è un vincolo dove inserire l'autoclave passante oppure se è possibile apportare modifiche in quanto risulta uno spazio di 90 cm nel vostro disegno e la nostra autoclave richiederebbe spazio da xxxx cm...</p>	<p>Non si ritiene sia necessario il sopralluogo. Le dimensioni dei locali sono chiaramente identificabili dalle piantine allegate alla documentazione di gara. Sarà un onere della stazione appaltante predisporre i requisiti impiantistici richiesti dalla fornitura offerta.</p> <p>Il layout rappresenta la posizione vincolante delle stanze in cui collocare l'autoclave per garantire i flussi di percorso sporco/pulito.</p> <p>Le dimensioni dell'autoclave indicate nella planimetria sono meramente indicative e possono essere soggette a variazioni purché compatibili con lo spazio disponibile, rilevabile dal file DWG</p>

Il RUP
Dott.ssa Stefania Venturi