

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori"  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

ISTITUTO  
SCIENTIFICO  
ROMAGNOLO  
PER LO STUDIO E LA CURA  
DEI TUMORI

Prot. 2028/2021 del 16/03/2021

**OGGETTO:** : procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 tramite l'utilizzo del sistema MePA Consip con richiesta di offerta (RDO) per la fornitura, installazione, collaudo, formazione e manutenzione di un SISTEMA DI IMAGING IN VIVO IN GRADO DI OTTENERE IMMAGINI FOTOGRAFICHE, BIOLUMINESCENTI, FLUORESCENTI E CERENKOV IN UN'UNICA UNITÀ INTEGRATA per l'allestimento di una Animal Facility presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER), sezione di Forlì - concessa in uso all'IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST  
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 213.500,00 IVA esclusa  
DURATA: garanzia di almeno 12 mesi - attivazione post-garanzia del servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva per una durata di 24 (ventiquattro) mesi rinnovabili per una durata di ulteriori 12 (dodici) mesi.  
Gig: 85790919D9

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 2° seduta riservata**

Il giorno 16/03/2021 alle ore 09:30 presso l'ufficio dell'Ing. Benedetta Pivi in IRST si è riunita la Commissione di aggiudicazione, nominata con Provvedimento agli atti prot. IRST n. 1071 del 12/02/2021 del Direttore Area Provveditorato, composta da:


Presidente: Dott.ssa Anna Tesei - Dirigente Biologo	partecipante in presenza
Componente: Dott.ssa Laura Mercatali - Dirigente Area Ricerca	partecipante da remoto
Componente: Dott.ssa Benedetta Pivi – Dirigente Ingegnere	partecipante in presenza

Svolge anche la funzione di segretario verbalizzante l'Ing. Benedetta Pivi.

Premesso che in data 23/02/2021 si è tenuto il primo incontro della commissione di aggiudicazione, verbalizzata con prot.n. 1341/2021.

La Commissione riprende i lavori sospesi in data 23/02/2021 e procede alla valutazione congiunta dell'offerta, pur nella più completa autonomia di giudizio di ciascun componente, al fine di:

- attribuire i punteggi a ciascun elemento di valutazione, come indicato all'art.12 della Lettera invito;
- verificare la congruità dell'offerta tecnica rispetto alla soglia di sbarramento definita nella lettera invito pari a 40 punti;
- riparametrazione dei punteggi la cui sommatoria definirà il punteggio totale relativo alla qualità.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori"  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

ISTITUTO  
SCIENTIFICO  
ROMAGNOLO  
PER LO STUDIO E LA CURA  
DEI TUMORI

Viene predisposta una tabella di valutazione dei parametri e caratteristiche che si allega al presente verbale definendo un punteggio qualitativo riparametrato e motivato dal quale emerge che: l'offerta tecnica della ditta PERKIN ELMER SPA ha totalizzato 70 punti su 70 complessivi.

Per il dettaglio della valutazione si rimanda alla tabella allegata quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Alle ore 12:30 del 16/03/2021 la Commissione decide di terminare la seduta riservata.

Delle operazioni di gara in argomento, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito sottoscritto.

F.to Presidente Dott.ssa Anna Tesei

\_\_\_\_\_

Data: 16/03/2021 17:58:24

F.to Componente Dott.ssa Laura Mercatali

\_\_\_\_\_

Firmato da:  
Laura Mercatali  
Motivo:

F.to Componente Dott.ssa Benedetta Pivi

\_\_\_\_\_

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE	GIUDIZIO SINTETICO	PUNTEGGIO	RIPARAZIONE	Emolpiti care coefficiente nle definitivo
1	Caratteristiche generali e qualità tecnica del sistema proposto Con questo criterio si valutano le caratteristiche generali e la qualità tecnica del sistema proposto (comprensivo di accessori) in relazione agli aspetti della fornitura per i quali la stazione appaltante non ha definito criteri. Si precisa che saranno oggetto di valutazione i seguenti aspetti specifici: - caratteristiche costruttive - caratteristiche dei materiali impiegati - ergonomia e livello di accessibilità - caratteristiche funzionali e livello di automazione del sistema - conformità alla norma tecnica armonizzata CEI EN 61010	10		Le caratteristiche generali e la qualità tecnica del sistema proposto vengono giudicate buone. Si apprezza in particolare il livello di automazione del sistema.	8,5	1	10
2	Caratteristiche CCD camera	5	0,85	Le caratteristiche della CCD camera sono rispondenti ai requisiti di minima ma non a quelli preferibili richiesti.	3	1	5
3	Caratteristiche ottica	5	0,60	Le caratteristiche dell'ottica sono rispondenti ai requisiti di minima ma non a quelli preferibili richiesti.	3	1	5
4	Caratteristiche sorgenti di illuminazione	5	0,85	Le caratteristiche delle sorgenti di illuminazione sono buone, in particolare viene apprezzato lo spettro di eccitazione per lunghezze d'onda tra 700-900 nm.	4,25	1	5
5	Caratteristiche dell'imaging in bioluminescenza	8	1,00	Le caratteristiche dell'imaging in bioluminescenza sono perfettamente rispondenti a quanto la Stazione Appaltante ha indicato come preferibile.	8	1	8
6	Caratteristiche modulo di fluorescenza	8	1,00	Le caratteristiche del modulo di fluorescenza sono perfettamente rispondenti a quanto la Stazione Appaltante ha indicato come preferibile.	8	1	8
7	Caratteristiche workstation di acquisizione	5	0,60	Le caratteristiche della workstation di acquisizione sono rispondenti a quanto richiesto come requisito minimo dalla Stazione Appaltante.	3	1	5
8	Caratteristiche software di analisi e sistema	10	1,00	Le caratteristiche del software di analisi e sistema sono perfettamente rispondenti a quanto la Stazione Appaltante ha indicato come preferibile.	10	1	10
9	Caratteristiche alloggiamento	3	0,70	Le caratteristiche dell'alloggiamento sono state valutate discrete. Particolarmente apprezzata la possibilità di alloggiare piastre e il sistema di analisi di immagine dedicato.	2,1	1	3
10	Caratteristiche sistema di anestesia	3	0,60	Le caratteristiche del sistema di anestesia sono rispondenti a quanto richiesto come requisito minimo dalla Stazione Appaltante.	1,8	1	3
11	Servizi migliorativi Con questo criterio si valuta la proposta di eventuali servizi migliorativi offerti dall'operatore economico. Si precisa che saranno valutati i seguenti aspetti migliorativi specifici: - periodo di garanzia proposto - tempi di intervento e risoluzione proposti	3	0,20	La soluzione proposta non migliora i requisiti di minima richiesti dalla Stazione Appaltante.	0,6	1	3
12	Competenze professionali delle figure professionali coinvolte nella fornitura Con questo criterio si valutano le competenze tecniche delle figure professionali coinvolte dall'operatore economico nella realizzazione dei vari servizi previsti dalla fornitura (installazione, formazione, collaudo e manutenzione)	5	0,85	Le competenze professionali vengono valutate buone.	4,25	1	5
		70			86,5		70