

Meldola, 23/07/2021

Prot. n. 6334/2021

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 76/2020 (come aggiornato dal Decreto Legge 77/2021) tramite l'utilizzo del sistema MePA Consip con richiesta di offerta (RDO) per FORNITURA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DI NR. 1 BIOREATTORE AD ALTE PRESTAZIONI, CONFORME ALLA NORMATIVA GMP PER LA PRODUZIONE DI TERAPIE CELLULARI DA DESTINARE AL SETTORE IMMUNO-GENE RESEARCH & THERAPY DELL'ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI DINO AMADORI.

Importo complessivo a base d'asta € 144.000,00 iva esclusa

Durata: garanzia di almeno 12 mesi - attivazione post-garanzia del servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva per una durata di 48 (quarantotto) mesi rinnovabili per una durata di ulteriori 48 (quarantotto) mesi.

CIG: 88199905FF


CUI F03154520401202100003

CUP E42F19000080001 Bando conto capitale

RDO 2835976


RISPOSTE AI QUESITI

N°	SUB Q.N°	QUESITO	RISPOSTA
Q 2 pervenuto tramite sez. comunicazioni MePA Consip in data 22/07/2021 registrato al prot. IRST n. 6276/2021	Q 2.1	<i>• In merito ai tempi di risoluzione (stabiliti in 56 ore) e alla possibilità di deroga prevista potrebbero essere questi esempi di casistiche accettabili da parte della SA: indisponibilità temporanea di parti critiche, guasti "randomici"?</i>	Si, la fattispecie riportata ad esempio potrebbe essere una valida motivazione di concessione di deroga. Resta inteso che un operatore economico che offre una tipologia di assistenza "full-risk" (riferimento definizione pagina 9 del capitolato tecnico) si impegna al fine di poter far fronte efficacemente alla maggior parte dei guasti che si possono verificare all'attrezzatura fornita.
	Q. 2.2	<i>• In riferimento all'esecuzione delle Verifiche di Sicurezza Elettrica (VSE), la loro esecuzione è da considerarsi opzionale sia durante il collaudo del sistema che durante l'erogazione del servizio di assistenza tecnica (garanzia e post-garanzia/manutenzione)?</i>	Si, come indicato nel capitolato tecnico (pagina 13 e pag. 29) l'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica (VSE) è sempre da considerarsi un servizio migliorativo e quindi, come tale, non vincolante al fine della presentazione dell'offerta. La proposta, in sede di offerta, delle VSE sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Stazione Appaltante.



Servizio Acquisti

N°	SUB Q.N°	QUESITO	RISPOSTA
	Q.2.3	<p>• Nell'All. 1, pag. 33, si riporta: "ritardo nei tempi di intervento o risoluzione guasti: 1 per mille dell'importo relativo all'intera fornitura iva esclusa per ogni ora lavorativa di ritardo oltre a quanto previsto." Secondo il cod. Appalti D.L.50/2016 art.113-bis le penali sono calcolate in misura giornaliera (oppure 8 ore lavorative sab. e festivi esclusi) compresa tra lo 0,3 e l'uno per mille e calcolate in relazione alle prestazioni.</p>	<p>Si conferma quanto definito per legge ex art. 113-bis ultimo comma del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., <u>pertanto si consideri quanto definito nel capitolato tecnico all'art. 13 un mero errore materiale.</u> Conseguentemente <u>la percentuale del 1 per mille dell'importo relativo all'intera fornitura iva esclusa è calcolata per ogni giorno lavorativo di ritardo</u> e non per ogni ora di ritardo rispetto a quanto previsto.</p>
Q 3 pervenuto tramite sez. comunicazioni MePA Consip in data 23/07/2021 registrato al prot. IRST n. 6326/2021	Q.3	<p>Vi chiediamo la possibilità di concedere una proroga sul termine ultimo della presentazione dell'offerta indicato con data 02/08/2021, di minimo ulteriori 7 giorni necessari alla preparazione di tutta la documentazione richiesta.</p>	<p>In considerazione delle necessità dell'Istituto di dotarsi dell'attrezzatura e considerando anche la vigente legislazione che determina tempi procedurali ridotti, siamo spiacenti di non poter accogliere la vs. richiesta di proroga.</p>
Q4 pervenuto in data 23/07/2021 fuori piattaforma MePA e registrato al prot. n. 6328/2021	Q.4.1	<p>La non registrazione di "Medical Device" preclude l'esclusione dalla gara?</p>	<p>No, non è richiesta la registrazione come dispositivo medico.</p>
	Q.4.2.	<p>Sarà il bioreattore collegato direttamente al paziente o il prodotto cellulare verrà processato ulteriormente?</p>	<p>Il bioreattore non verrà collegato direttamente al paziente. Il prodotto cellulare verrà processato e analizzato successivamente nei laboratori IRST.</p>
	Q.4.3	<p>Sono i 90 giorni di consegna tassativi o flessibili?</p>	<p>Sì, si conferma quanto indicato all'art. 8 del Capitolato tecnico e si precisa che i 90 giorni decorrenti dall'emissione dell'ordine di acquisto sono tassativi.</p>



N°	SUB Q.N°	QUESITO	RISPOSTA
	Q.4.4	<i>E' l'importo di gara incluso/escluso IVA?</i>	L'importo di gara di € 144.000,00 è iva esclusa. A € 144.000,00 va pertanto aggiunta l'aliquota iva vigente.
	Q.4.5	<i>Accettate quotazioni in inglese?</i>	No.

IL RUP
F.to Dott.ssa Stefania Venturi

Publicato in data 23 luglio 2021