

Meldola, 10/09/2021

RDO n.: 2835976.

IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l.
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC)
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401

Il Presidente ricorda che l'offerta del concorrente sarà valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e rammenta quindi il sistema e le modalità che sovrintendono la presente seduta di gara, che consiste nell'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica ammessa in gara. Il Presidente ricorda che per la valutazione verranno presi in considerazione i seguenti punteggi (cfr. art.12 della Lettera invito):

- merito tecnico/qualitativo, mediante attribuzione di max punti 70 su 100.
- prezzo offerto, mediante attribuzione di max punti 30 su 100.

Si procede alla lettura della lettera invito e del Capitolato tecnico in merito ai punteggi da attribuire e alle operazioni di valutazione. Il Capitolato tecnico viene interamente letto dalla Commissione.

La commissione prende atto che l'Operatore economico CYTIVA EUROPE GMBH, unico offerente, con la sottoscrizione del Capitolato tecnico ha dichiarato che il bioreattore proposto possiede la caratteristica dell'oscillazione monoassiale precisando che permette la coltivazione di cellule in sospensione e crea un ambiente altamente controllato per la loro crescita fino alle densità adatte per le terapie cellulari. Tale specifica permette di soddisfare le esigenze di espansione cellulare e di garantire i bisogni del settore Immuno-Gene Research & Therapy nell'ambito del progetto "CC-2019-2366838 – cat I (EX A)-PRV – Sviluppo di una piattaforma per l'ottimizzazione e la produzione su larga scala di una terapia avanzata basata su cellule Natural Killer geneticamente modificate per il trattamento dei tumori solidi ed ematologici" come indicato all'art. 3 del Capitolato Tecnico.

La Commissione decide pertanto di procedere alla valutazione congiunta dell'offerta, pur nella più completa autonomia di giudizio di ciascun componente, al fine di:

- attribuire i punteggi a ciascun elemento di valutazione, come indicato all'art.12 della Lettera invito
- riparametrazione dei punteggi la cui sommatoria definirà il punteggio totale relativo alla qualità.

Viene predisposta una tabella di valutazione dei parametri e caratteristiche che si allega al presente verbale definendo un punteggio qualitativo riparametrato e motivato dal quale emerge che: l'offerta tecnica della Ditta CYTIVA EUROPE GMBH ha totalizzato 58 su 70 complessivi.

Per il dettaglio della valutazione si rimanda alla tabella allegata quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Alle ore 10:45 del 10/09/2021 la Commissione decide di terminare la seduta riservata.

Delle operazioni di gara in argomento, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito sottoscritto.

F.to Presidente – dott. Massimiliano Petrini _____

F.to Componente – dott.ssa Annamaria Granato _____

F.to Componente – Ing. Benedetta Pivi _____

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE	GIUDIZIO SINTETICO	RIPARAMETRAZIONE	=moltiplicare coefficiente definitivo x punteggio sub criterio
1	Caratteristiche generali e qualità tecnica del sistema proposto Con questo criterio si valutano le caratteristiche generali e la qualità tecnica del sistema proposto (comprensivo di accessori) in relazione agli aspetti della fornitura per i quali la stazione appaltante non ha definito criteri. Si precisa che saranno oggetto di valutazione i seguenti aspetti specifici: - caratteristiche costruttive - caratteristiche dei materiali impiegati - ergonomia e livello di accessibilità - caratteristiche funzionali e livello di automazione del sistema	25	0,70	Le caratteristiche generali e la qualità tecnica del sistema proposto vengono giudicate discrete. Si evidenzia che il bioreattore proposto non ha la caratteristica dell'oscillazione biassiale, ma il rocking motion, che permette comunque di soddisfare le esigenze di espansione cellulare e di garantire i bisogni del settore Immuno-Gene Research & Therapy nell'ambito del progetto "CC-2019-2366838 – cat I (EX A)-PRV – Sviluppo di una piattaforma per l'ottimizzazione e la produzione su larga scala di una terapia avanzata basata su cellule Natural Killer geneticamente modificate per il trattamento dei tumori solidi ed ematologici."	1	25
2	Caratteristica migliorativa: maggior range di capacità volumetrica di lavoro	10	1,00	La soluzione proposta migliora i requisiti di minima richiesti dalla Stazione Appaltante.	1	10
3	Caratteristica migliorativa: ulteriori caratteristiche tecniche/funzionali che concorrano ad aumentare la sicurezza e la qualità del prodotto offerto.	10	1,00	si apprezza la conformità con le sezioni 21 CFR Part 11 della FDA e delle linee guida GAMP	1	10
4	Caratteristica migliorativa: eventuale conformità alla norma tecnica armonizzata CEI EN 61010.	10	1,00	La soluzione proposta risulta conforme alla norma.	1	10
5	Servizio migliorativo: tempo di intervento in caso di guasto inferiore alle ore 16 lavorative	2	0,00	La soluzione proposta non migliora i requisiti di minima richiesti dalla Stazione Appaltante quindi si giudica "non valutabile".		0
6	Servizio migliorativo: tempo di risoluzione in caso di guasto inferiore alle ore 56 lavorative	2	0,00	La soluzione proposta non migliora i requisiti di minima richiesti dalla Stazione Appaltante quindi si giudica "non valutabile".		0
7	Servizio migliorativo: periodo di garanzia offerto maggiore di 12 mesi	6	0,00	La soluzione proposta non migliora i requisiti di minima richiesti dalla Stazione Appaltante quindi si giudica "non valutabile".		0
8	Servizio migliorativo: esecuzione delle VSE in fase di collaudo e di manutenzione	2	0,00	La soluzione proposta non migliora i requisiti di minima richiesti dalla Stazione Appaltante quindi si giudica "non valutabile".		0

9	Competenze professionali delle figure professionali coinvolte nella fornitura e nel processo di industrializzazione su larga scala Con questo criterio si valutano le competenze tecniche delle figure professionali coinvolte dall'operatore economico (a titolo esemplificativo in termini di titolo di studio, competenze professionali specifiche, certificazioni ecc.) nella realizzazione dei vari servizi previsti dalla fornitura (installazione, formazione, collaudo e manutenzione)	3	0,85	Le competenze professionali sono giudicate adeguate al sistema proposto.	1	3
		70				58