

Meldola, 27 agosto 2021

Prot. n. 7177

OGGETTO: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), Decreto Legge 76/2020 (convertito con l. n. 120/2020) e s.m.i., tramite l'utilizzo del sistema MePA Consip con richiesta di offerta (RDO) per CITOFLUORIMETRO CELL SORTER IN NOLEGGIO OPERATIVO DI BENI STRUMENTALI PER LA DURATA DI 50 MESI, con pagamento in rate bimestrali posticipate decorrenti dalla data del verbale di esito positivo del collaudo con opzione, esercitabile unilateralmente dalla stazione appaltante al termine dei 50 mesi di noleggio, di prelazione all'acquisto, da destinare all'U.O. LABORATORIO DI BIOSCIENZE dell'IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST s.r.l.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: € 213.500,00 oltre IVA

DURATA: 50 mesi con assistenza tecnica e manutenzione full-risk, pagamento in rate bimestrali posticipate, opzione unilaterale della SA di prelazione all'acquisto al termine del contratto


CIG: 8846618C1C

CUI: S03154520401202100006


RDO: 2850182

RISPOSTE AI QUESITI

N°	SUB Q.N°	QUESITO	RISPOSTA
Q 1 pervenuto tramite sez. "Messaggi" MePA Consip in data 25/08/2021, registrato al prot. IRST n. 7070/2021	Q 1.1	1. La proroga della scadenza della presentazione dell'offerta di almeno 10 gg, vista la mole della documentazione richiesta ed il periodo feriale estivo appena trascorso.	Non si ritiene opportuno dare corso alla richiesta di proroga del termine di presentazione dell'offerta. Si precisa che i tempi di gara tengono già conto del periodo feriale e sono coerenti con la recente normativa di riferimento in tema di appalti, la quale ha previsto termini con finalità di incentivo alla celere conclusione delle procedure di gara.
	Q. 1.2	2. Nel Vs. Capitolato tecnico a pag. 10 punto 3) "Identificazione della fornitura" alla lettera f) richiedete "Risoluzione SSC fino a 0,2 µm" e poi a pag 30 nella Tabella dei punteggi punto 9) affermate che la "Caratteristica migliorativa: Risoluzione superiore a 0,2 microm (µm) [e comunque almeno 300 nm particles (488 nm SSC), 200 nm particles (405 nm VSSC), rCV 3%]", si chiede di confermare che la risoluzione richiesta sia	Si precisa che per "Risoluzione superiore" valutabile come caratteristica migliorativa rispetto al requisito di minima (fino a 0,2 µm), si intende un valore inferiore a 0,2 µm con l'utilizzo del Violet SSC.



N°	SUB Q.N°	QUESITO	RISPOSTA
		inferiore a 0,2 µm, con l'utilizzo del Violet SSC.	
	Q 1.3	3. Nel vostro Capitolato Tecnico a pag. 24 punto 8) "CONSEGNA, INSTALLAZIONE E PROCEDURA DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE" richiedete <i>"un manuale d'uso in lingua italiana aggiornato a corredo della macchina in duplice copia (una cartacea e una in formato digitale)"; si chiede conferma di poter allegare il manuale d'uso solo in formato digitale ed in lingua inglese.</i> La domanda viene posta in quanto lo strumento oggetto della gara è per Uso Ricerca ed inoltre la ns. Azienda rispetta la politica di gestione ambientale e si impegna a migliorare progressivamente la propria prestazione ambientale, perseguendo tra l'altro la riduzione del consumo di carta, attraverso la dematerializzazione dei documenti.	Si conferma quanto richiesto: il manuale d'uso potrà essere fornito in lingua inglese e anche solo in formato digitale.
	Q 1.4	4. Nel vostro Capitolato Tecnico a pag. 24 punto 8) "CONSEGNA, INSTALLAZIONE E PROCEDURA DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE" richiedete <i>"una copia del manuale di service in formato digitale (in lingua italiana o inglese); si chiede l'esenzione di tale produzione</i> in quanto si fa presente che tali manuali sono di proprietà intellettuali [...] e solo su piattaforma dedicata, con accesso esclusivo	Si precisa che il manuale di service dovrà essere fornito dall'operatore aggiudicatario solo al momento del collaudo, pertanto in tale fase di gara non è richiesto.



Servizio Acquisti

N°	SUB Q.N°	QUESITO	RISPOSTA
		dei soli operatori dedicati all'assistenza tecnica [...] e che non è, quindi, possibile fornire copia.	
	Q 1.5	5. Nel vostro Capitolato Tecnico a pag. 26 richiedete <i>"regolare formazione: l'operatore economico deve garantire la formazione prevista e necessaria ai fini della presa in carico del reparto dei sistemi per l'utilizzo routinario e indicare in fase di offerta idonea proposta formativa che prevede anche specifici richiami formativi da condurre in momenti successivi al collaudo dell'apparecchiatura"</i> l'idonea proposta formativa di cui sopra può essere allegata come documento aggiuntivo al Vs. Modello C , Scheda tecnica?	Come stabilito dall'art. 9 del Capitolato tecnico allegato alla Lettera invito (prot. n. 6783 del 06 agosto 2021), <i>"l'ulteriore documentazione oltre a quanto specificato nel presente paragrafo non verrà presa in considerazione"</i> . L'Operatore Economico potrà, qualora lo ritenesse necessario ai fini della descrizione di tutti gli ambiti offerti, descrivere la proposta formativa all'interno dell'apposito Modello C – Scheda tecnica, fermo restando comunque che l'argomento risulta tra gli adempimenti richiesti dalla Stazione Appaltante e non rientra nei criteri oggetto di valutazione.

IL RUP

F.to Dott.ssa Stefania Venturi

Pubblicato in data 27 agosto 2021