

Meldola, 01 settembre 2021

Prot. n. 7288/2021

OGGETTO: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), Decreto Legge 76/2020 (convertito con l. n. 120/2020) e s.m.i., tramite l'utilizzo del sistema MePA Consip con richiesta di offerta (RDO) per CITOFLUORIMETRO CELL SORTER IN NOLEGGIO OPERATIVO DI BENI STRUMENTALI PER LA DURATA DI 50 MESI, con pagamento in rate bimestrali posticipate decorrenti dalla data del verbale di esito positivo del collaudo con opzione, esercitabile unilateralmente dalla stazione appaltante al termine dei 50 mesi di noleggio, di prelazione all'acquisto, da destinare all'U.O. LABORATORIO DI BIOSCIENZE dell'IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST s.r.l.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: € 213.500,00 oltre IVA

DURATA: 50 mesi con assistenza tecnica e manutenzione full-risk, pagamento in rate bimestrali posticipate, opzione unilaterale della SA di prelazione all'acquisto al termine del contratto


CIG: 8846618C1C

CUI: S03154520401202100006

RDO: 2850182

RIFORMULAZIONE DELLA RISPOSTA AL QUESITO Q 1.2

N°	SUB Q.N°	QUESITO	RISPOSTA
Q 1 pervenuto tramite sez. "Messaggi" MePA Consip in data 25/08/2021, registrato al prot. IRST n. 7070/2021	Q. 1.2	2. Nel Vs. Capitolato tecnico a pag. 10 punto 3) "Identificazione della fornitura" alla lettera f) richiedete "Risoluzione SSC fino a 0,2 µm" e poi a pag 30 nella Tabella dei punteggi punto 9) affermate che la "Caratteristica migliorativa: Risoluzione superiore a 0,2 microm (µm) [e comunque almeno 300 nm particles (488 nm SSC), 200 nm particles (405 nm VSSC), rCV 3%]", si chiede di confermare che la risoluzione richiesta sia inferiore a 0,2 µm, con l'utilizzo del Violet SSC.	Si precisa che per "Risoluzione superiore" valutabile come caratteristica migliorativa rispetto al requisito di minima (fino a 0,2 µm), si intende un valore inferiore a 0,2 µm con l'utilizzo del Violet SSC. Si ritiene opportuno riformulare la risposta al quesito Q1.2 già pubblicata e inviata con nota prot. 7177/2021 del 27 agosto 2021 (sopra barrata) sostituendola come segue: Si precisa che per "Risoluzione superiore" valutabile come "caratteristica migliorativa" rispetto al requisito di minima (fino a 0,2 µm) - indicata all'art. 3, punto h) del Capitolato tecnico e riportato anche al punto 9 della tabella di cui all'art. 9 del Capitolato stesso - si intende esclusivamente un valore inferiore a 0,2 µm.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Servizio Acquisti

ISTITUT
ROMAGN
PER LO
DEI TUM
DIN AMADORI

IL RUP

F.to Dott.ssa Stefania Venturi

Pubblicato in data 01 settembre 2021