

Prot. n. 8836/2021

Meldola, 22/10/2021

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 76/2020 (convertito in l. n. 120/2020) e s.m.i. tramite l'utilizzo del sistema MePA Consip con richiesta di offerta (RDO) per CITOFLUORIMETRO CELL SORTER IN NOLEGGIO OPERATIVO DI BENI STRUMENTALI PER LA DURATA DI 50 MESI, con pagamento in rate bimestrali posticipate decorrenti dalla data del verbale di esito positivo del collaudo con opzione, esercitabile unilateralmente dalla stazione appaltante al termine dei 50 mesi di noleggio, di prelazione all'acquisto, da destinare all'U.O. LABORATORIO DI BIOSCIENZE dell'IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST s.r.l.

Importo complessivo a base d'asta € 213.500,00 iva esclusa

Durata: 50 mesi con assistenza tecnica e manutenzione full-risk.

CUI: S03154520401202100006

RDO n.: 2850182

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – 4° seduta riservata del 22/10/2021

Il giorno 22/10/2021 alle ore 14:00 in videoconferenza al seguente link meet.google.com/vic-oezh-ehr si è insediata la commissione di aggiudicazione al completo, nominata con Provvedimento del Direttore Area Provveditorato agli atti prot. IRST n. 6559 del 03 agosto 2021, composta da:


Presidente: dott.ssa Marcella Tazzari - Dirigente Biologo	partecipante da remoto
Componente: dott.ssa Giorgia Simonetti - Dirigente Area Ricerca	partecipante da remoto
Componente: ing. Benedetta Pivi - Dirigente Ingegnere	partecipante da remoto

Svolge anche la funzione di segretario verbalizzante il Presidente dott.ssa Marcella Tazzari.

A seguito della risposta al chiarimento fornita dalla ditta Beckman Coulter s.r.l. (ricevuta in data del 19 Ottobre 2021 e registrata al prot. IRST n. 8664/2021), la Commissione di aggiudicazione conferma il giudizio espresso con il verbale della prima seduta riservata tenutasi in data 21 settembre 2021, protocollato al n. 7839/2021.

Nello specifico, la Commissione ha ritenuto opportuno procedere alla rilettura del testo integrale di cui all'Allegato C - Scheda tecnica presentata in sede di offerta, soffermandosi in particolare sui punti indicati nella sopra citata risposta, rappresentando quanto segue:

- 1) Con riferimento al punto 6 dell'All. C, viene riscontrata la necessità dell'attivazione del laser violetto per il raggiungimento del requisito di minima richiesto dalla SA ("fino a 0,2 μm " ovvero uguale a 0,2 μm , si veda art. 3 punto f) del Capitolato tecnico);
- 2) Con riferimento al punto 24 a pagina 10 dell'All. C, si riscontra la conferma di quanto esposto al punto precedente;
- 3) Con riferimento al paragrafo "Descrizione della soluzione proposta", si riscontra ulteriore conferma del giudizio precedentemente espresso, in quanto viene indicato che CytoFLEX SRT ha installati tutti i laser, ma viene specificato che nella configurazione offerta dalla ditta sono attivati solo 2 dei 4 laser installati e che gli altri 2, tra cui il laser violetto, possono



essere attivati su richiesta della SA in un secondo momento come upgrade. Questo punto trova ulteriore conferma in particolare anche nel punto 4 pag. 5 dell'All. C che cita "La configurazione oggetto dell'offerta è dotata di 2 laser: Blue (488 nm) e Red (638 nm) [...]".

Per completezza, la Commissione ritiene opportuno riportare di seguito i punti salienti dell'All. C – Scheda tecnica presentata da Beckman Coulter s.r.l. presi in considerazione:

Sezione "Sintetica descrizione delle caratteristiche del sistema proposto" (pagina 2, righe 7-9 e righe 21 – 22, 25 – 26)

Punto 4 "Banco Ottico con dotazione iniziale di minimo 2 laser ad allineamento fisso, ad es., Blue (488 nm) e Red (640 nm) o Blue (488 nm) e Yellow (561) [...]" (prima riga del Punto 4 a pagina 5 di 15)

Punto 6 "Risoluzione SSC fino a 0,2 μ m" (prima riga del Punto 6 a pagina 7 di 15)

Punto 17 "Possibilità di aggiungere successivamente laser addizionali [...]" (righe 1-3 del Punto 17 a pagina 8 di 15)

Punto 24 "Risoluzione superiore a 0,2 micron (μ m) [...]" (righe 1-2 del Punto 24 a pagina 10 di 15)

La Commissione ritiene pertanto di concludere confermando il giudizio di impossibilità a procedere a una valutazione dell'offerta tecnica presentata da Beckman Coulter s.r.l., in quanto la configurazione oggetto di offerta dello strumento CytoFLEX SRT, in assenza di laser violetto attivo, non riesce a raggiungere il requisito minimo di risoluzione richiesto negli atti di gara. Ne consegue che l'operatività della configurazione offerta non può essere considerata esaustiva rispetto all'immediato bisogno, all'uso e al Servizio a cui viene destinato come indicato nelle premesse del Capitolato tecnico e meglio dettagliato nella relazione allegata alla determina a contrarre e richiamata all'art. 1 della Lettera invito.

Alle ore 15:05 del 22/10/2021 la Commissione decide di terminare la seduta riservata.

Delle operazioni di gara in argomento, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito sottoscritto.

F.to Presidente – dott.ssa Marcella Tazzari _____

F.to Componente – dott.ssa Giorgia Simonetti _____

F.to Componente – ing. Benedetta Pivi _____

Firmato digitalmente da: Benedetta Pivi
Organizzazione: I.R.S.T./03154520401
Data: 22/10/2021 15:39:18