

Meldola, 06.06.2022

Prot. 4027/2022

Oggetto: FORNITURA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA PER QUALITY ASSURANCE (QA) DA DESTINARE ALL'UO DI FISICA SANITARIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL L. 120/2020 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA VALEVOLE FINO AL 30 GIUGNO 2023).

RISPOSTE AI QUESITI

N°	QUESITO	RISPOSTA
Q1	In riferimento al capitolato tecnico paragrafo "3. IDENTIFICAZIONE DELLA FORNITURA", punto 1.e, con la presente si chiede se è già presente presso una delle due sedi IRST (Meldola e Ravenna) una soluzione Citrix XenApp che potrebbe essere utilizzata dall'operatore economico per la remotizzazione dell'applicativo di analisi dei dati raccolti.	La Stazione Appaltante conferma che è in possesso di una soluzione Citrix XenApp.
Q2	In riferimento al capitolato tecnico paragrafo "3. IDENTIFICAZIONE DELLA FORNITURA", punto 2 si legge "Infrastruttura hardware e software in grado di consentire l'utilizzo del sistema contemporaneamente sulle due sedi IRST geograficamente separate (Meldola e Ravenna) senza limitazione alcuna, preferibili soluzioni completamente virtualizzabili su tecnologia VMWARE". A tal proposito si chiede se è già presente presso una delle due sedi IRST (Meldola e Ravenna) una soluzione con tecnologia VMWARE che potrebbe essere utilizzata dall'operatore economico per la virtualizzazione del sistema offerto.	La Stazione Appaltante conferma che è in possesso di un sistema di virtualizzazione VMWARE.
Q3	La nostra soluzione prevede la verifica tramite log file con o senza ricalcolo. È possibile proporre la soluzione senza ricalcolo e in modo opzionale il ricalcolo stesso?	La Stazione Appaltante conferma che è possibile proporre la soluzione senza ricalcolo e in modo opzionale il ricalcolo.

Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico
Servizio Tecnologie Biomediche

Q4	<p>Nel disciplinare è richiesto il PASSOE ma al momento non è possibile scaricarlo, come si può evincere da schermata sottostante:</p> 	<p>La Stazione Appaltante informa che il CIG comunicato è errato: Il CIG corretto è 9263958BF9.</p>
----	---	--

Il RUP
Ing. Americo Colamartini
firmato digitalmente