



Re: Prot.n. 4434/2022- Richiesta acquisto in urgenza di n. 1 isolatore modello BIOQUELL QUBE

Venturi, Stefania <stefania.venturi@irst.emr.it>

23 giugno 2022 09:42

A: "Martelli, Giorgio" <giorgio.martelli@irst.emr.it>

Cc: "Colamartini, Americo" <americo.colamartini@irst.emr.it>, Caterina Donati <caterina.donati@irst.emr.it>, Carla Masini <carla.masini@irst.emr.it>, Tecnologie Biomediche <tecnologie.biomediche@irst.emr.it>, Benedetta Pivi <benedetta.pivi@irst.emr.it>, Gino Pascucci <gino.pascucci@irst.emr.it>

Perfetto. grazie.

Attendiamo Capitolato tecnico firmato.

Cerchiamo di pubblicare in giornata.

ciao sv

Il giorno gio 23 giu 2022 alle ore 09:24 Martelli, Giorgio <giorgio.martelli@irst.emr.it> ha scritto:

Condivido tutto

Il Gio 23 Giu 2022, 09:05 Colamartini, Americo <americo.colamartini@irst.emr.it> ha scritto:

Gentile Stefania,

con la presente ti informo che a seguito della nota AIFA (agli atti IRST prot.n. 3472/2022) contenente la prescrizione di utilizzo (in attesa del trasferimento delle operazioni di preparazione dei medicinali sperimentali presso l'edificio in costruzione) di un **isolatore idoneo all'allestimento di medicinali sperimentali**, ho avuto mandato dalla Direzione Generale di effettuare una celere indagine di mercato al fine di valutare la possibilità di acquisire, **in estrema urgenza**, un isolatore compatibile con gli spazi disponibili presso i locali dell'attuale farmacia.

L'indagine di mercato, condotta a mezzo mail con il supporto dei colleghi in cc, ha interessato i seguenti operatori economici (identificati sul MEPA) altamente specializzati nel settore merceologico in argomento:

- ELSE
- AHSI
- BIOAIR

Nella valutazione delle proposte che mi sono state formulate dai predetti operatori economici sono stati considerati i seguenti criteri negoziali riportati in ordine decrescente di importanza:

- caratteristiche tecniche e funzionali dei sistemi proposti
- tempi di consegna;
- requisiti impiantistici, ingombro totale e peso;
- economicità della fornitura.

In base ai predetti criteri è emerso che la miglior offerta è quella formulata dall'operatore economico AHSI per un valore complessivo pari a 129.000 euro al netto dell'IVA.

Ritengo inoltre, da un confronto con le altre offerte mio possesso per prodotti analoghi, che il valore dell'offerta economica prodotta di AHSI si congrua.

Per quanto precedente rappresentato, e a seguito di un confronto con il Direttore Generale, ti chiedo di poter avviare la procedura in urgenza per l'acquisizione n. 1 isolatore modello *BIOQUELL QUBE* per il quale nelle prossime ore ti farò avere il capitolato tecnico.

Preciso che tutta la documentazione raccolta durante la mia istruttoria è conservata agli atti IRST prot. n. 4433/2022.

A disposizione per qualsiasi chiarimento
Americo Colamartini

--

Americo Colamartini

Direttore

SC Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico

Tel. +39 0543 739907 - Mob. +39 331 6703236 - Fax. +39 0543 739123

americo.colamartini@irst.emr.it

--

Area Provveditorato e supporto amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" IRST Srl IRCCS

Dott.ssa Stefania Venturi

Direttore

Via Piero Maroncelli, 40

47014 Meldola (FC)

Tel 0543 739413

Cell 338 2020530