

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
 Servizio Tecnologie Biomediche

Meldola (FC), li 07.07.2022

Rif. protocollo n. 4825

FORNITURA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO E MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (QUALI CAPPE CHIMICHE E BIOLOGICHE) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL L. 120/2020 (DISCIPLINA SOSTITUTIVA VALEVOLE FINO AL 30 GIUGNO 2023).

CIG: 92852151D1

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO	RISPOSTA
<p>Viene da Voi indicato per le n. 2 cappe per manipolazione di agenti chemioterapici "Presenza di tutti gli elementi di raccordo necessari all'espulsione dell'aria verso il sistema canalizzazione esterno". Si chiede di confermare che venga da Voi richiesta la sola fornitura dell'accessorio necessario al collegamento delle cappe al sistema di canalizzazione che verrà da Voi approntato per questa procedura. Per le distanze da Voi riportate sarà necessario il raccordo Thimble e viste sempre le distanze da Voi indicate, sarà necessario anche un motore esterno per ognuna delle due cappe, da posizionare esternamente. Si chiede di confermare che i motori esterni saranno a Vostro carico e cura e che non devono essere ricompresi nella base d'asta oggetto della presente fornitura. Si chiede anche di confermare che eventuali filtri aggiuntivi esterni, che non vengono menzionati nella procedura, e che determinano, in aggiunta alle distanze da Voi menzionate, la potenza che dovranno avere i motori esterni, saranno a Vostro carico e cura. Si chiede di confermare che trattasi della mera fornitura delle due cappe per chemioterapici e dei due relativi accessori per il collegamento al sistema di canalizzazione, quindi</p>	<p>Si conferma che i filtri aggiuntivi esterni e l'intero sistema di canalizzazione esterno sono a carico della stazione appaltante e quindi come tali non inclusi nella fornitura.</p> <p>Si precisa che gli accessori per il collegamento al sistema di canalizzazione (ovvero n. 2 raccordi denominati "Thimble") e i motori/ventilatori supplementari esterni devono essere inclusi nella fornitura e come tali sono compresi nella base d'asta stimata dalla stazione appaltante.</p>

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico

Servizio Tecnologie Biomediche

<p>n. 2 raccordi Thimble.</p>	
<p>Viene da Voi indicato "Presenza del ventilatore supplementare per l'espulsione dell'aria verso il sistema esterno al locale di installazione, compreso di tutti gli accessori (come ad esempio quadri elettrici, interruttori, ecc) necessari alla corretta installazione e funzionamento del ventilatore". Si chiede di confermare che i motori esterni necessari per il collegamento delle cappe al sistema di canalizzazione verso l'esterno saranno a Vostro carico e cura. La potenza dei motori oltre ad essere determinata dalla distanza tra il punto di collegamento delle cappe al sistema di canalizzazione, è determinata anche dalla presenza di eventuali filtri aggiuntivi posizionati all'esterno, dalla tipologia di filtri e da altri elementi inerenti ai materiali costitutivi stessi delle unità filtranti, oltre che dal loro numero.</p>	<p>Si conferma quanto indicato nella documentazione tecnica ovvero che i ventilatori/motori supplementari esterni, comprensivi di tutti gli accessori (come ad esempio quadri elettrici, interruttori, ecc) necessari alla loro corretta installazione e al loro corretto funzionamento, devono essere inclusi nella fornitura.</p> <p>La portata dei ventilatori deve essere desunta dalle informazioni fornite nel capitolato tecnico tenendo conto che il canister completo di filtri, che sarà predisposto a spese e cura della stazione appaltante, produrrà una perdita di carico rientrante nei normali valori di utilizzo in corrispondenza della portata di riferimento della cappa.</p>
<p>Per le cappe a flusso orizzontale viene da Voi indicato "Prese elettriche interne alla cappa: preferibilmente n. 2 prese elettriche interne da 220V/16A (requisito non vincolante)". Si chiede di confermare che, visto che trattasi di requisito non vincolante, sia accettabile una configurazione che prevede la presenza di n. 2 prese elettriche esterne al piano di lavoro e posizionate sul pannello di controllo frontale della cappa. Tale posizione è dettata dalla tipologia di cappa e dalla sua relativa tipologia di funzionamento.</p>	<p>Si conferma che il requisito non è vincolante ai fini della presentazione dell'offerta.</p>
<p>A seguito all'apertura del nuovo sistema di e-procurement e alla suddivisione di nuove categorie, si chiede gentilmente la possibilità di ricevere informazioni sulla classificazione MEPA di questa fornitura in modo da verificare se la nostra società è già abilitata</p>	<p>Di seguito le informazioni:</p> <p>STRUMENTO: MePa BANDO: Beni CATEGORIA: Arredi da laboratorio, sanitari e post Mortem</p>

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Servizio Tecnologie Biomediche

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Americo Colamartini)

Firmato Digitalmente