

Prot. n. 5704/2022

Meldola, 04 agosto 2022

Oggetto: Verbale di esito indagine di mercato – Fornitura, installazione, collaudo, formazione e manutenzione di un “SISTEMA COMPLETO PER SPETTROMETRIA GAMMA COMPOSTO DA UN RILEVATORE AL GERMANIO IPERPURO (HPGE)” da destinare all’attività dei Servizi di Fisica Medica, Radiofarmacia e Medicina Nucleare dell’IRCCS – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” IRST s.r.l.

Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020) e s.m.i. tramite Trattativa Diretta su piattaforma MEPA di Consip s.p.a. o SATER di Intercent-ER

Durata:

- Garanzia per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di un servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva
- Attivazione post-garanzia del servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva per una durata di 48 (quarantotto) mesi

Opzione ex art. 106 c. 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:


- Rinnovo del servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva per una durata di ulteriori 48 (quarantotto) mesi

Importo complessivo a base d’asta: € 133.000,00 oltre IVA

Oggi, 04 agosto 2022, alle ore 11:30 presso la sede dell’IRCCS - Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” s.r.l. (di seguito anche “IRST”, “Istituto” o “SA”), il RUP procede all’analisi delle manifestazioni di interesse e dei preventivi pervenuti nel corso dell’indagine di mercato indicata in oggetto come segue:

Premesso che:

- La precedente indagine di mercato (svolta con Avviso pubblico di indagine di mercato e contestuale richiesta di preventivo prot. n. 4490 del 24 giugno 2022) non ha consentito di acquisire una proposta in grado di soddisfare tutti i requisiti essenziali richiesti dall’Istituto;
- In data 28 luglio 2022 è stato pertanto pubblicato l’Avviso pubblico di indagine di mercato e contestuale richiesta di preventivo (prot. IRST n. 5394/2022), con scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissata per il giorno 03 agosto 2022;
- Come previsto all’art. 2 dell’Avviso di cui al punto precedente, *“L’affidamento della fornitura avverrà sulla base della disciplina normativa di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020) e s.m.i., tramite Trattativa Diretta svolta sulla piattaforma MEPA di Consip o SATER di Intercent-ER, in favore dell’OE che avrà presentato, secondo i criteri elencati in ordine decrescente al seguente art. 8, il miglior preventivo tra quelli pervenuti in seguito alla pubblicazione del presente Avviso. L’aggiudicazione avverrà anche nel caso di una sola offerta pervenuta che sia risultata valida e congrua, corrispondente cioè alle esigenze indicate nel presente avviso e suoi allegati”*;
- All’art. 6 del sopra richiamato Avviso veniva specificato quanto segue: *“Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento di cui trattasi i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 47 e ss. del Codice, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione dei preventivi, posseggano i seguenti requisiti:*
 - 1) *Assenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;*
 - 2) *Iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro Registro di cui all’art. 83 comma 3 del Codice, per le attività inerenti all’affidamento in contesto;*



- 3) *Abilitazione in corso o effettiva sulla piattaforma MEPA di Consip o sulla piattaforma SATER di Intercent-ER per lo specifico bando di riferimento;*
- 4) *Aver realizzato almeno una fornitura analoga a quella in contesto nei 3 (tre) anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso.*

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. utilizzando l'All. 2) Modello A.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni per dichiarazioni sostitutive non veritiere”;

Il RUP, raggiunto in presenza dalla dott.ssa Valentina Di Iorio (Responsabile della Radiofarmacia) e da remoto dal dott. Enrico Menghi (Specialista in Fisica Medica), i quali sono stati individuati, in ragione delle professionalità di cui sono in possesso, quali componenti tecnici, con subprocedimento svoltosi con comunicazioni mail registrate agli atti con unico prot. n. 5679 del 04 agosto 2022, procede a costituire il gruppo multidisciplinare per la valutazione delle proposte pervenute;


Il RUP dà atto che nel termine di scadenza dell'Avviso prot. n. 5394/2022, ovvero entro il giorno 03 agosto 2022, sono pervenute due manifestazioni di interesse con il relativo preventivo da parte dei seguenti operatori economici (di seguito anche “OE”):

- 1) Ametek s.r.l.;
- 2) Technology Nuclear Electronics (TNE) s.p.a.;

Il RUP rileva preliminarmente che, dall'esame delle manifestazioni d'interesse presentate, entrambi gli OE proponenti hanno dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di partecipazione indicati all'art. 6 dell'Avviso prot. n. 5394/2022;

Riservandosi di procedere alla verifica delle suddette dichiarazioni in sede di trattativa diretta finalizzata alla stipula del contratto relativo alla fornitura in oggetto, il RUP ricorda agli altri componenti, come stabilito nell'Avviso prot. n. 5394/2022, che la fornitura deve rispondere alle esigenze dell'IRST, come meglio rappresentate nel suo All. 1) Capitolato tecnico, e che i criteri negoziali posti in ordine decrescente di importanza per la valutazione dei preventivi sono i seguenti:

1. Qualità del sistema proposto in termini di caratteristiche tecniche, funzionali e costruttive;
2. Migliore efficienza relativa del rivelatore riferito a 1.33MeV (valore di minima pari al 30%);
3. Gestione dell'autenticazione tramite protocollo LDAP aziendale;
4. Personalizzazione dei report prodotti in totale autonomia;
5. Conformità alla norma tecnica armonizzata CEI EN 61010;
6. Periodo di garanzia offerto maggiore di 24 (ventiquattro) mesi;
7. Riduzione del tempo di risoluzione guasto (condizioni di minima 25 giorni lavorativi);
8. Riduzione del tempo di intervento su guasto (condizioni di minima 24 ore lavorative);
9. Competenze professionali delle figure professionali coinvolte nella fornitura;
10. Importo economico indicato nel preventivo, riferito esclusivamente ai costi IRST.



Il gruppo decide quindi all'unanimità di procedere, pur nella più completa autonomia di giudizio di ciascun componente, all'esame congiunto dei preventivi, mediante lettura integrale della documentazione pervenuta.

I componenti tecnici del gruppo procedono pertanto alla valutazione delle proposte tecniche presentate in ordine di arrivo.

In particolare, si rappresenta che la ditta Ametek nel suo preventivo (registrato al prot. n. 5627 del 02 agosto 2022) ha presentato due proposte alternative, dallo stesso nominate rispettivamente come "ORIGINALE" e "PROPOSTA ALTERNATIVA".

In merito alla Scheda tecnica della proposta originale si rilevano scostamenti rispetto ai seguenti punti del Capitolato tecnico:

- Rif. par. 3, punto 2 lett. e) - *"Non sono inclusi DPI, raccordi e imbuto nella fornitura"*
- Rif. par. 3, punto 5 lett. a) - Non viene dichiarata la compatibilità alla ISO NORM;
- Rif. par. 7 - *"Non si garantisce la compatibilità con sistemi virtuali implementati mediante tecnologia VMware"*
- Rif. par. 8 - *"Tempo di consegna 180 giorni"* a fronte di una richiesta di 120 giorni dall'emissione dell'ordine;


In merito alla Scheda tecnica della proposta alternativa si rilevano scostamenti rispetto ai seguenti punti del Capitolato tecnico:

- Rif. par. 3 punto 1 lett. f) - Rapporto picco/compton proposto pari a 41:1 a fronte di una richiesta di un valore maggiore o uguale a 58:1;
- Rif. par. 3, punto 2 lett. e) - *"Non sono inclusi DPI, raccordi e imbuto nella fornitura"*;
- Rif. par. 3, punto 4 lett. b) - La soluzione proposta prevede un valore di 16 k a fronte di una richiesta di un valore maggiore o uguale a 32 k
- Rif. par. 3, punto 5 lett. a) - Non viene dichiarata la compatibilità alla ISO NORM;
- Rif. par. 7 - *"Non si garantisce la compatibilità con sistemi virtuali implementati mediante tecnologia VMware"*
- Rif. par. 8 - *"Tempo di consegna 180 giorni"* a fronte di una richiesta di 120 giorni dall'emissione dell'ordine;

I componenti tecnici proseguono all'esame della proposta tecnica presentata dalla ditta TNE (preventivo registrato al prot. n. 5644 del 03 agosto 2022), la quale risulta idonea in quanto rispondente alle esigenze dell'Istituto come rappresentate nell'Avviso prot. n. 5394/2022 e nel Capitolato tecnico.

Dall'esame delle proposte economiche risulta inoltre quanto segue:

- Entrambe le proposte presentate da Ametek superano gli importi posti a base d'asta dalla SA. A fronte infatti di una base d'asta di € 92.000,00 oltre IVA per la fornitura, installazione, collaudo e formazione per la presa in carico e per l'uso routinario dell'attrezzatura, comprensivo di una garanzia di 24 mesi, la proposta originale prevede un costo di € 147.570,00 oltre IVA, mentre quella alternativa prevede un costo di € 117.630,00 oltre IVA. Lo stesso vale per quanto riguarda il servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e manutenzione preventiva;
- Per quanto riguarda la proposta di TNE si rileva che è coerente con la base d'asta e anzi prevede un ribasso di € 6.000,00 oltre IVA rispetto all'importo di € 92.000,00 oltre IVA per la fornitura, installazione, collaudo e formazione per la presa in carico e per l'uso routinario dell'attrezzatura,



Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Servizio Acquisti

comprensivo di una garanzia di 24 mesi, e un ribasso di € 100,00 oltre IVA per i periodi del servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e manutenzione preventiva;

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, la proposta presentata da TNE s.p.a. risulta essere migliore e pertanto il gruppo propone di aggiudicare a quest'ultima la fornitura di cui all'oggetto.

Delle operazioni in argomento, si è redatto il presente verbale.

La seduta termina alle ore 13:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP – F.to dott. Gino Pascucci _____

La Responsabile della S.S. Radiofarmacia - F.to dott.ssa Valentina Di Iorio _____

Lo Specialista in Fisica Medica - F.to dott. Enrico Menghi _____