



Meldola, 22/08/2023

Rif. protocollo n. 5248

**OGGETTO:** fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di centrifughe da destinare al laboratorio di bioscienze, alla radiofarmacia e al servizio di Immunoterapia dell'IRST di Meldola, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L.120/2020 (E SUCCESSIVA MODIFICA D.L. 77/2021 CONVERTITO IL L. 108/2021) S.M.I.

**CIG:** 9969393B5A.

#### RISPOSTE AI QUESITI

N°	QUESITO	RISPOSTA
2	<p>Buongiorno,</p> <p>in merito alla richiesta in oggetto, vostro protocollo n. 4759/2023 del 18 luglio u.s, siamo a chiedere quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le centrifughe devono avere certificazione CE IVDR secondo regolamento 2017/746 o similari?</li></ul> <p>Nel ringraziare, restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro.</p>	<p>La certificazione CE IVDR è da ritenersi requisito preferenziale ma non vincolante.</p>

Il RUP

Ing. Americo Colamartini

*Firmato digitalmente*