



Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Servizio Tecnologie Biomediche

Meldola, 21/07/2023

Rif. protocollo n. 4850

OGGETTO: fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di centrifughe da destinare al laboratorio di bioscienze, alla radiofarmacia e al servizio di Immunoterapia dell'IRST di Meldola, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L.120/2020 (E SUCCESSIVA MODIFICA D.L. 77/2021 CONVERTITO IL L. 108/2021) S.M.I.

CIG: 9969393B5A.

RISPOSTE AI QUESITI

N°	QUESITO	RISPOSTA
1	Relativamente alle centrifughe pos. 1-2-3-4 viene richiesta la velocità massima impostabile fino a 5000 rpm, il rotore basculante raggiunge una velocità massima di 4300 rpm, ma la centrifuga come strumento ha un range di velocità impostabile in base agli accessori da 90 a 18.000 rpm, chiediamo conferma.	si conferma. Il prodotto è conforme alle esigenze della stazione appaltante.

Il RUP

Ing. Americo Colamartini