

Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

Prot. n. 4921/2023

Meldola, 25 luglio 2023

Oggetto: VERBALE 2° SEDUTA RISERVATA DEL 25 LUGLIO 2023 – Fornitura, comprensiva di installazione, collaudo, formazione e garanzia/manutenzione, di "N. 2 SISTEMI CROMATOGRAPHICI HPLC MODULARI" da destinare all'UO di Radiofarmacia dell'IRCCS – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori"

Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020) e s.m.i. tramite indagine di mercato e successiva Trattativa Diretta svolta su piattaforma SATER di Intercent-ER o MEPA di Consip

Durata: Il contratto decorre dalla data di stipula, che sarà successiva all'aggiudicazione e propedeutica all'emissione dell'ordine di acquisto. La fornitura deve prevedere una garanzia inclusiva di un servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva di almeno mesi 12 a decorrere dalla data del Verbale di Collaudo di Accettazione con esito positivo eseguito dalla stazione appaltante

Importo complessivo a base d'asta: € 138.900,00 oltre IVA

CIG: 9885863838

CUI: F03154520401202300008

Il giorno 25 luglio 2023, alle ore 12:30, il Gruppo di esperti nominato si riunisce nuovamente per la valutazione di congruità rispetto alle esigenze dell'Istituto dell'unico preventivo pervenuto nel corso dell'indagine di mercato prot. n. 4039/2023.

Il Gruppo richiama integralmente il verbale della 1° seduta riservata del 07 luglio 2023, registrato al prot. n. 4576/2023, nel quale il Gruppo invitava l'Ufficio del RUP a inoltrare n. 4 chiarimenti relativi alla proposta tecnica dell'unica ditta che ha manifestato interesse (Thermo Fisher Scientific s.r.l.).

Il Gruppo prende atto dell'invio da parte dell'Ufficio del RUP delle risposte ai chiarimenti formulati, le quali sono di seguito riportate:

- 1) *"Si conferma la possibilità di alloggiare 216 vials da 1,5/2mL nel vano portacampioni"*
- 2) *"Si conferma la possibilità di alloggiare complessivamente quattro colonne cromatografiche nei due forni offerti,rispettivamente due colonne per ogni forno."*
- 3) *"Si conferma che il software Chromeleon possiede un'architettura di tipo Client/Server"*
- 4) *"Si conferma che al termine del periodo di garanzia di dodici mesi ThermoFisher si rende disponibile per l'esecuzione delle Verifiche di Sicurezza Elettrica"*

Il Gruppo ritiene le risposte pervenute soddisfacenti rispetto ai dubbi emersi nel corso della 1° seduta riservata e pertanto ritiene congruo rispetto alle esigenze dell'Istituto il preventivo presentato dalla ditta Thermo Fisher Scientific s.r.l..

Concludendo, il Gruppo propone al RUP di procedere con l'aggiudicazione in favore della ditta Thermo Fisher Scientific s.r.l..

Alle ore 12:45 il Gruppo termina la seduta.

Si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene in seduta stante sottoscritto come di seguito.

Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

Il Gruppo:

Componente – F.to Dott.ssa Valentina Di Iorio _____

Componente – F.to Ing. Alessio Uffreduzzi _____