



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

ISTITUTO
ROMAGNOLO
PER LO STUDIO
DEI TUMORI
DINO AMADORI

Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

Prot. n. 4576/2023

Meldola, 7 luglio 2023

Oggetto: VERBALE 1° SEDUTA RISERVATA DEL 7 LUGLIO 2023 – Fornitura, comprensiva di installazione, collaudo, formazione e garanzia/manutenzione, di "N. 2 SISTEMI CROMATOGRAPHICI HPLC MODULARI" da destinare all'UO di Radiofarmacia dell'IRCCS – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori"

Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020) e s.m.i. tramite indagine di mercato e successiva Trattativa Diretta svolta su piattaforma SATER di Intercent-ER o MEPA di Consip

Durata: Il contratto decorre dalla data di stipula, che sarà successiva all'aggiudicazione e propedeutica all'emissione dell'ordine di acquisto. La fornitura deve prevedere una garanzia inclusiva di un servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva di almeno mesi 12 a decorrere dalla data del Verbale di Collaudo di Accettazione con esito positivo eseguito dalla stazione appaltante

Importo complessivo a base d'asta: € 138.900,00 oltre IVA

CIG: 9885863838

CUI: F03154520401202300008

Il giorno 7 luglio 2023, alle ore 09:45, il Gruppo di esperti nominato con Provvedimento del Direttore SC Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio prot. n. 4509 del 04 luglio 2023 si riunisce per la valutazione di congruità rispetto alle esigenze dell'Istituto dell'unico preventivo pervenuto nel corso dell'indagine di mercato prot. n. 4039/2023.

Il Gruppo appositamente riunitosi è così composto:

- Dott.ssa Valentina Di Iorio, Responsabile SS Radiofarmacia;
- Ing. Alessio Uffreduzzi, Referente Tecnologie Biomediche;

Prima dell'inizio dei lavori i componenti del Gruppo provvedono a compilare, firmare e consegnare all'ufficio del RUP le rispettive *"dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e in generale di non sussistenza di cause di astensione obbligatoria e di conflitto d'interesse [...]"*.

Il Gruppo, dato atto dell'invio del preventivo da parte dell'Ufficio del RUP, decide all'unanimità di procedere, pur nella più completa autonomia di giudizio di ciascun Componente, all'esame congiunto del preventivo, mediante lettura integrale della documentazione tecnico/operativa pervenuta.

Dall'analisi svolta, il Gruppo, al fine di poter valutare al meglio la proposta tecnica pervenuta, ritiene necessario procedere con la richiesta alla ditta proponente dei seguenti chiarimenti tecnici:

- 1) In riferimento al punto c) - IV dell'Allegato C - SCHEDA TECNICA, si chiede di confermare quanto richiesto dal Capitolato che il vano portacampioni può alloggiare, come da vostra proposta, 216 vials da 2 ml.
- 2) In riferimento al punto e) - II dell'Allegato C - SCHEDA TECNICA, si chiede di confermare quanto richiesto dal Capitolato e cioè che i due forni possono alloggiare complessivamente almeno 4 colonne cromatografiche da 25 cm, coerentemente con quanto indicato nelle specifiche tecniche del sistema "VANQUISH COLUMN COMPARTMENT C".



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

ISTITUTO
ROMAGNOLO
PER LO STUDIO
DEI TUMORI
DINO AMADORI

Struttura Complessa Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Acquisizione Beni e Servizi

- 3) In riferimento al punto h) - IV dell'Allegato C - SCHEDA TECNICA, si chiede di confermare quanto richiesto dal Capitolato e cioè che il software Chromeleon possiede un'architettura di tipo Client/Server, coerentemente con quanto indicato nelle specifiche tecniche del sistema "CHROMELEON CDS - Software di gestione"
- 4) In riferimento al punto 17 dell'Allegato C - SCHEDA TECNICA, si chiede di confermare che, al termine del periodo di garanzia di 12 mesi (decorrenti dalla data di esito positivo del verbale di collaudo), l'esecuzione delle Verifiche di Sicurezza Elettrica (VSE), secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, è inclusa nella proposta.

Il Gruppo chiede pertanto al RUP di trasmettere a Thermo Fisher Scientific i suddetti chiarimenti.

Alle ore 12:00 il Gruppo termina la seduta, rinviando ad altra seduta riservata l'analisi delle risposte eventualmente pervenute.

Si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene in seduta stante sottoscritto come di seguito.

Il Gruppo:

Componente – F.to Dott.ssa Valentina Di Iorio

Componente – F.to Ing. Alessio Uffreduzzi